

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
DIŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ

KONU : Tekliflerin İstenmesi

SAYIN :

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğünün ihtiyacında kullanılmak üzere aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin/hizmetin/bakım-onarımın temini düşünülmektedir.

Söz konusu iş ile ilgili KDV hariç birim fiyat vermenizi rica ederiz.

Hakan SÖYLEYİCİ
Satın Alma Sorumlusu

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İHTİYAÇ DUYULAN MALZEMENİN			BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI (K.D.V. HARIÇ)
	CİNSİ/TÜRÜ	MİKTAR		
1	ŞEFFAF POŞET	100 KG		
2	PLASTİK ÇAKMAK	50 ADET		
3	TEK KULLANIMLIK BARDAK	15 PAKET		
4	GALOŞ	15 PAKET		
5	YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ÇAMAŞIR SUYU	200 LİTRE		
6	XS PUDRALI MUAYENE ELDİVENİ	500 KUTU		
7	4/0 CERRAHİ İPLİK	20 KUTU		
8	3/0 İPEK CERRAHİ İPLİK	30 KUTU		
		YAZIYLA		RAKAMLA
	TOPLAM			
NOT: 1- Teklif mektupları kaşeli ve imzalı olacaktır 2- Ödeme esnasında % 0,948 oranında KDV hariç tutar üzerinden Damga Vergisi kesilecektir. 3- Nakliye, hamaliye, işçilik vb. giderler yükleniciye aittir. 4- Mal/Hizmetin tamamına teklif esastır. 5- Hizmetlerde KDV tevkifatı uygulanacaktır. 6-Teknik şartnameye uygun olmayan ve muayene kabulü yapılmayan mal/hizmetler kabul edilmeyecektir. 7-Teklif veren firmalar vermiş olduğu teklif ile birlikte teknik şartnameyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır. 8-Teklif verme süresi 23.10.2017 saat 10:00' a kadardır.				Oda/Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı-Kaşe-İmza

Ek: Teknik Şartname

TEKLİF VERİLEBİLECEK ADRESLER:

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü
Cumhuriyet Mh. Kolej Sk. No:3 Uşak
dishekimligi@usak.edu.tr 0276 221 21 21- 5821

Adres : Cumhuriyet Mh.Kolej Sk.No:3 UŞAK / 64200
Tel : (0276) 221 22 31 – 5830 Dahili
E posta : dishekimligi@usak.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için : Hakan SÖYLEYİCİ (Bilg.İşlt.)
Faks : (0276) 221 22 32
Elektronik ağ : www.usak.edu.tr

TEKNİK ŞARTNAME

1- ŞEFFAF POŞET

- *Şeffaf ağız açık içine en az 1 kg malzeme alabilen şeker poşeti olarakta bilinen poşet.
- *Toplamda 100 Kg olacak şekilde 1 veya 5 'er kg paketlerde olacak.
- *Ürünün miyadı en az 2 yıl olmalıdır.
- *Numuneler muayene komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

2- PLASTİK ÇAKMAK

- * Kullanım sırasında kullanıcıya kullanım kolaylığı sağlamalı ve patlama tehlikesi olmamalıdır.
- * Ürünün miyadı en az 2 yıl olmalı.
- *Numuneler muayene komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

3- TEK KULLANIMLIK BARDAK

- *Toksik madde içermemelidir.
- *Kokusuz olmalıdır.
- *1.000 adetlik poşetlerler halinde olmalıdır.
- *En az 150 cc en fazla 330 cc hacim olmalıdır.
- *Renksiz olmalıdır.
- *Plastikten üretilmiş olmalı ve kolay deforme olmamalıdır.
- *Numuneler muayene komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4- GALOŞ

- *Ayakkabı üzerine giyilerek kullanılacak, kullanım sırasında yırtılmayacak dirençte, tercihan mavi veya yeşil renklerde ve rahat kullanımlı olmalıdır.
- *1.000 adetlik poşetlerler halinde olmalıdır.
- *Numuneler muayene komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5- YOĞUNLAŞTIRILMIŞ ÇAMAŞIR SUYU

- *Çamaşır suyu %5 >sodyum hipoklorik içermelidir.
- *Çamaşır suyu jel bazlı berrak, sarı renkte ve kokusuz olmalıdır.
- *Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır.
- *Çamaşır suyunun ürün özellikleri ve bilgileri ambalajın üzerinde belirtilmelidir.
- *Çamaşır suyu 5,10 veya 30 kg'lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- *Çamaşır suyunun etiketi üzerinde uyarıcı bilgiler bulunmalıdır.
- *Görünüşü berrak sıvı olmalı, içerisinde tortu bulundurmamalıdır
- *Yoğunluğu 1.06±0.05 gr/lit olmalıdır.
- *Ürünün PH: 12-14 olmalıdır.
- *Aktif Klor miktarı en az % 4.5 olmalıdır.
- *Numuneler muayene komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6- XS PUDRALI MUAYENE ELDİVENİ

- *Tek seferlik kullanım amaçlı, XS boyutunda, naturel latex'den yapılmış, non-steril, pudralı ve yeterli dirence sahip olmalıdır.
- *Ulusal veya uluslararası standartlara sahip tek seferlik muayene eldivenleri 100 adetlik kutuda istenmektedir.
- *Numuneler muayene komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

6- POŞET ELDİVEN (100 ' LÜK)

- *Pastacı eldiveni olarak anılan şeffaf aşçıların/hizmetlilerin kullandığı poşet eldiven.
- *Ürünün miyadı en az 2 yıl olmalıdır.
- *Numuneler muayene komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7- 4/0 CERRAHİ İPLİK

- *Örgülü absorbe olmayan ipek dikiş materyalidir. Yumuşak doku dikilmesinde kullanılır.
- *12 poşetlik kutularda, steril halde olmalıdır.
- *4/0, kod numarasında ve ters üçgen iğneye sahip olmalıdır.
- *Kolay görünmesi için siyah boyalıdır.
- *Yeterli mekanik özelliklere sahip olmalıdır.
- *İğne uzunluğu 16 mm'yi geçmemeli ve iğne kalınlığı dikiş ipi kalınlığı ile uyumlu olmalıdır.
- *Numuneler muayene komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8- 3/0 İPEK CERRAHİ İPLİK

- *Örgülü absorbe olmayan ipek dikiş materyalidir. Yumuşak doku dikilmesinde kullanılır.
- *12 poşetlik kutularda, steril halde olmalıdır.
- *3/0, kod numarasında ve ters üçgen iğneye sahip olmalıdır.
- *Kolay görünmesi için siyah boyalıdır.
- *Yeterli mekanik özelliklere sahip olmalıdır.
- *İğne uzunluğu 16 mm'yi geçmemeli ve iğne kalınlığı dikiş ipi kalınlığı ile uyumlu olmalıdır.
- *Numuneler muayene komisyonunca denenerek, teknik şartnameye ve klinik uygulamaya uygun olmayan malzemeler değerlendirme dışı bırakılacaktır.