

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK
ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Doğrudan Temin Numarası:
Mal Alımı Adı : Amalgamatör ve Çalkalamalı Isıtıcı Blok Alımı

A				B	
Sıra No	Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	Amalgamatör	Adet	1		
2	Çalkalamalı ısıtıcı blok	Adet	1		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon	(0276) 221 22 13
e-posta	İmid.satinalma@usak.edu.tr
Adres	Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bir Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. km
Ayrıntılı Bilgi	Bilgisayar İşletmeni-Ali ALSAY (Dahili 1625)

Not:

- 1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
- 2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.
- 3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.
- 5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.
- 6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.
- 7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.
- 8-Teklifler **06/07/2024** tarihi saat **17:30**'a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e- fatura olarak kesecektir.

-

YSDENT AMALGAMATOR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz açma kapama düğmesi olmalıdır.
- Üzerinde dijital zaman ayarlama düğmesi olmalıdır.
- Kapsülün konacağı yer kapaklı olmalıdır.
- 220 volt ve 50 hz. güçle çalışır olmalıdır.
- Karıştırma süresi 1 sn.den 99 sn. kadar kolayca ayarlanabilmelidir.
- Otomatik başlatma ve manuel durdurma düğmesi olmalıdır.
- Karıştırma hızı dakikada en az 4500 D / dak olmalıdır.
- Cihazın gücü yaklaşık 200 W olmalıdır.
- Cihaz çalışma esnasında yerinden hareket etmemelidir.
- Cihazın dış yüzeyi fiziksel ve kimyasal etkenlerden yıpranmayacak şekilde yapılmış olmalıdır.
- Kapsül cihaza kolayca takılıp kolayca çıkarılabilmelidir.
- Kapak açıldığında cihaz otomatik olarak stop etmelidir

ÇALKALAMALI ISITICI BLOK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz orbital çalkalama ve inkübasyon işlemlerini aynı anda yapabilmelidir.
2. Cihaz farklı yüklemelerde sabit hızda çalkalama yapabilmelidir.
3. Cihazın sıcaklık, hız ve zaman ayarı dijital olarak ayarlanabilmelidir.
4. Cihaz farklı türlerde numune bloklarını kabul edebilmelidir.
5. Cihazın inkübatör sıcaklığı (ortam sıcaklığı +5°C) ile 100 °C arası ayarlanabilmelidir.
6. Cihazın ekran sıcaklık çözünürlüğü 0.1°C olmalıdır.
7. Cihazın inkübasyon sıcaklık üniformitesi en fazla ± 0.3 °C olmalıdır.
8. Cihazın çalkalama hız aralığı 300-2000 rpm olmalıdır.
9. Cihazın orbit çapı 3 mm, horizontal olmalıdır.
10. Cihazda 99 saat 59 dakikaya kadar istenilen birimde zaman ayarı yapılabilirdir.
11. Cihazın 20°C'den 100°C'ye ısınma süresi en fazla 15 dk olmalıdır.
12. Cihaz farklı tüp ve aparatlar için geniş blok seçeneğine sahip olmalıdır.
13. Cihaz ile birlikte 0,2ml tubes x 32 + 0,5ml tubes x 10 + 1,5ml tubes x 15 tüp kapasiteli blok ücretsiz olarak verilmelidir. Blok ölçüsü 107x71,5x32mm olmalıdır.
14. Cihaz uzun ömürlü DC motora sahip olmalıdır.
15. Cihaz short mix fonksiyonuna sahip olmalıdır.
16. Cihazın net ağırlığı 8,2 kg olmalıdır.
17. Cihaz 196x270x170 mm'lik (gxdxy) ölçülere sahip olmalıdır.
18. Cihazın güç gereksinimi 200W olmalıdır.
19. Teklif veren firma yukarıda yazılı olan teknik özellikleri orijinal kataloğunda veya manuelinde göstermelidir. Orijinal kataloğunda veya manuelinde yazılı olan teknik özellikleri gösteremeyen firmaların teklifi geçersiz sayılacaktır.
20. İthalatçı firma, üretici firmanın Türkiye yetkili distribütörü olduğuna dair noter onaylı distribütörlük belgesini teklifine eklemelidir. Toplayıcı yada aracı firmalardan alınmış distribütörlük belgesi kabul edilmeyecektir. Direk üretici firmadan ve noter onaylı yetkili distribütörlük belgesi kabul edilecektir.
21. Teklif veren firma bayi ise; ithalatçı firma noter onaylı distribütörlük belgesi ile birlikte ıslak imzalı yetkili bayilik belgesini teklifine eklemelidir.
22. Cihazın kurulumu ve kullanıcı eğitimi teklif veren firma yetkili teknik servisi tarafından yapılmalıdır.
23. Teklif edilen cihaz için üretim ve fabrikasyon hatalarına karşı ücretsiz 2 yıl servis garantisi verilmelidir.