

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

İdarenin Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UŞAK
ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Doğrudan Temin Numarası: 25DT514329
Hizmet/Mal Alımı Adı : 2 Kalem Medikal Laboratuvar Malzemesi Alımı

A				B	
Sıra No	Hizmet/Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Birimi	Miktarı	Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)	Tutarı (Para birimi belirtilerek)
1	Serum Askısı	Adet	2		
2	Aspiratör Cihazı	Adet	1		
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)					

Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon	(0276) 221 22 13
e-posta	İmid.satinalma@usak.edu.tr
Adres	Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bir Eylül Kampüsü İzmir Yolu 8. km
Ayrıntılı Bilgi	Bilgisayar İşletmeni-Ali ALSAY (Dahili 1625)

Not:

- 1-Teklifler Türk Lirası üzerinden ve KDV hariç verilecektir.
- 2-Varsa nakliye, hamaliye, kurulum, montaj, iş makinası kiralama gibi ilave ödemeler teklife dahil edilecektir. Ayrı bir kalem olarak gösterilmeyecektir.
- 3-Hizmet Alımı, Bakım Onarım, Baskı ve Cilt Giderleri gibi ödemelerde KDV tevkifatı uygulanacaktır.
- 4-Mal alımlarında sipariş onayından itibaren 45 gün içerisinde mal teslimi idarenin göstereceği yere yapılacaktır.
- 5-Muayene ve/veya kabul esnasında teknik şartnameye uymadığı tespit edilen mal veya hizmetler alınmayacaktır.
- 6-Kısmi teklifli alımlarda her kısım ayrı değerlendirilecektir.
- 7- Firma kaşesinde bulunan VKN veya TCKN numaraları okunaklı olacak şekilde basılmalıdır. Gerekirse boş bir alana ikinci defa kaşe vurulabilir.
- 8-Teklifler **11/04/2025** tarihi saat **15:00**'a kadar e-posta veya elden kaşeli ve imzalı olarak idaremize ulaştırılacaktır. Kaşe ve imzası eksik olan teklif belgeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 9-Üniversitemiz e- fatura mükellefidir. Kazanan firma/firmalardan e- fatura mükellefi olanlar faturalarını e- fatura olarak kesecektir.

**UŞAK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ LABORATUAR
MALZEMELERİ/DEMİRBAŞ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

SIRA NO	MALZEME ADI	ŞARTNAME ÖZELLİKLERİ
1	SERUM ASKISI	1- Serum askısının gövdesi 42 mm çapında, taşıyıcı borusu 32 mm çapında paslanmaz çelik borudan imal edilmelidir. 2- Serum askısı dört adet serum kancasına sahip olmalıdır. Kancanın ucu dairesi olarak şekillendirilmiş olmalıdır. 3- Serum askısının yüksekliği 1200- 2000 mm arasında ayarlanabilir olmalıdır. Askı yüksekliğinin sabitlenebilmesi için vida sistemi bulunmalıdır. 4- Serum askısının gövdesi infüzyon pompasını taşıyabilecek dengeye sahip olmalıdır. 5- Ayak bölümünde beş adet tekerlek bulunmalıdır. 6- Serum askısı imalat ve montaj hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır. Garanti süresinin dolmasından sonra 10 yıl boyunca ücreti karşılığında yedek parça temini olmalıdır. 7- Üretici firmanın TSE ve ISO sertifikası olmalıdır. 8- Üretici firma Sanayi ve Ticaret Bakanlığından onaylı satış sonrası hizmete yeterlilik belgesine sahip olmalıdır.
2	ASPIRATÖR CİHAZI	1.Cihaz aspirasyon gerektiren tüm cerrahi işlemlerde, ameliyathane, yoğun bakım ve acil ünitelerinde kullanılmaya uygun olmalıdır. 2.Cihaz 134 °C steril edilebilen iki adet 5 lt. Kapasiteli polikarbon malzemeden imal edilmiş kavanoza sahip olmalıdır. 3.Kavanozların klinik alanı dışına kadar açılmadan taşınabilmesi için kavanoz kapağı üzerinde taşıma kulbu olmalıdır. 4.Opsiyonel olarak tek kullanımlık kavanoz takılabilir özellikte olmalıdır. 5.Cihazın üzerinde asıl ve yedek kavanoz seçimini sağlayan bir düğme bulunmalıdır. Kavanoz değişimi hortum ya da konnektör değiştirmek suretiyle yapılmak zorunda olmamalıdır. 6.Cihazın üzerinde, taşmayı, pompaya sıvı kaçmasını önleyen ve bakteri tutucu özellikte hidrofobik filtreler bulunmalıdır. 7.Cihazın tabanı, çarpmalara karşı dayanıklı plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Cihaz dört adet en az 70 mm çapında ve ikisi antistatik, ikisi frenli tekerleğe sahip ve mobil olmalıdır. 8.Cihazın gövdesi korozyona karşı korumalı ABS Plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. 9.Cihaz, yüksek vakum ve yüksek hava akışı üretmeli, kesintili yük ile sürekli çalışmaya uygun olmalıdır. 10.Cihaz deniz seviyesinde 0 ile 725 mmHg vakum sağlayabilecek güçte olmalıdır. 11.Cihaz üzerinde yer alan vakum göstergesi 0-760 mmHg ve 100kPa skalaya sahip olmalıdır. 12.Cihaz üzerinde hava kaçak sistemi ile çalışan ve vakum değerini ayarlamaya yarayan vakum ayar düğmesi bulunmalıdır. 13.Cihaz yağsız tip (bakıma ihtiyaç duymayan) vakum pompasına sahip olmalıdır. 14.Cihazın ortama verdiği gürültü seviyesi maksimum 55 desibel olmalıdır. 15.Vakum pompası en az 60 lt/dk hava akışı sağlayacak güçte olmalıdır. 16.Cihazın üzerinde bir adet ışıklı açma-kapama anahtarı bulunmalıdır. 17.Cihaz 220 Volt, 50-60 Hz şehir şebekesi ile çalışmalıdır. 18.Cihaz ile birlikte aşağıdaki standart aksesuarlar verilmelidir. • Aspirasyon kavanozu 3lt 2 Adet • Aspirasyon hortumu 2 Adet • Kavanoz askı aparatı 2 Adet • Hidrofobik filtre